

## Administración de COLFINAIR

Vídeo explicativo de cómo utilizar el dispositivo eFlow Rapid de PARI:

<https://www.youtube.com/watch?v=1gauS6PB1gs&t=15s>

### Colfinair de 1 millón

Para empezar su tratamiento, necesitará lo siguiente:

- Un vial de 10 ml de Colfinair de 1 millón de UI
- 3 ml de solución estéril para inhalación de NaCl 0.9% para disolver el polvo
- Un nebulizador apropiado para uso inhalatorio de Colfinair (p. ej. eFlow*rapid* o PARI LC SPRINT)

### Colfinair de 2 millones

Para empezar su tratamiento, necesitará lo siguiente:

- Un vial de 10 ml de Colfinair de 2 millones de UI
- 4 ml de solución estéril para inhalación de NaCl 0.9% para disolver el polvo
- Un nebulizador apropiado para uso inhalatorio de Colfinair (p. ej. eFlow*rapid* o PARI LC SPRINT)

Antes de poder introducir Colfinair en el nebulizador e inhalarlo, debe disolverse con la cantidad de solución estéril para inhalación de NaCl al 0,9%. Una ampolla contiene el volumen correcto para disolver Colfinair. Colfinair debe utilizarse inmediatamente tras su disolución. No disuelva Colfinair hasta que esté listo para administrar una dosis.

1. Coja un vial de Colfinair y dé unos leves golpecitos en el vial de vidrio de forma que el polvo se asiente en el fondo. Esto sirve para asegurarse de que recibe la dosis adecuada de la medicación. Abra el vial levantando la cubierta de plástico.



2. Retire la cubierta de plástico junto con el anillo metálico del vial.



3. Arranque la cubierta con un movimiento de torsión en la dirección de la flecha. El cumplimiento correcto le permitirá arrancar el anillo de metal. Arranca el anillo metálico de lado de manera que el punto de ruptura del lado opuesto se doble. Retire el anillo de metal del vial. Deseche cuidadosamente el anillo y la cubierta.



4. Saque con cuidado el tapón de goma.



5. Preparación de la solución:

- Añada la cantidad necesaria de solución estéril para inhalación de NaCl 0.9% de Colfinair 1 millón de UI.
- Vuelva a colocar el tapón de goma y gire suavemente el vial dos veces.
- Haga rodar el vial suavemente entre ambas manos para disolver todo el polvo de Colfinair visible en el fondo y en el lateral del vial. No agite el vial con demasiada fuerza, ya que esto puede hacer que la solución haga espuma.
- Una vez que se haya disuelto la mayor parte del polvo, deje reposar el vial para que desaparezca la espuma y se disuelva el polvo restante. Esto puede llevar unos minutos.

Utilice Colfinair sólo cuando todo el polvo se haya disuelto y no haya partículas visibles en la solución.